

附件 1

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：陈超敏		
	职称：教授		
	工作单位：南方医科大学生物医学工程学院		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	脚部挡板	所属采购项目预算金额（单位：万元）	4
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
脚部挡板	4		
二、采购进口产品的主要用途			
头高脚低位时，支撑患者体位			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
脚部挡板	4		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(7) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
开展普外科手术需要大角度实现头高脚低位时，为患者提供腿部支撑			
(8) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
普外科手术日益增多，为满足头高脚低位手术体位，脚部挡板提供安全支撑			

陈超敏

(9) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

1) 良好的手术器械，可以保障和提高手术效果，有效降低患者术后的并发症，降低患者的就医成本，提升医院病床周转率，减少死亡率，具有很好的社会和经济效益。

2) 进口产品材质更优良，器械使用寿命更长，损耗小，可避免短期内重复采购，使用成本更低。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）

进口产品采用两节式设计，可以根据床面宽度匹配多种固定夹具，可以用于不同宽度的手术床面，及欧标、美标类型手术床边柜。

国产配件采用这种设计，使用床面受限，同时用于肥胖患者时，夹具跟床旁导轨的兼容性欠缺，当患者头高脚底倾斜角度过大，腿部挡板完全受力时，安全性缺乏。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

经论证该设备为脚踏踏板，进口产品采用两节式设计，可调节较大，而国产同类产品材质、工艺和设计结构等方面有一定差距，不能满足用户特殊需求。

论证者认为国家法律法规限制进口产品，建议采购进口的产品。

论证专家签字： 付志飞

年 月 日

注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

附件 1

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：王浩		
	职称：教授		
	工作单位：广东药科大学附属第一医院		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	脚部挡板	所属采购项目预算金额（单位：万元）	4
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
脚部挡板	4		
二、采购进口产品的主要用途			
头高脚低位时，支撑患者体位			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
脚部挡板	4		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(10) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
开展普外科手术需要大角度实现头高脚底位时，为患者提供腿部支撑			
(11) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
普外科手术日益增多，为满足头高脚底位手术体位，脚部挡板提供安全支撑			

(12) 经济性和效益性说明(市场价格是否合理经济以及预期效益等)

1) 良好的手术器械,可以保障和提高手术效果,有效降低患者术后的并发症,降低患者的就医成本,提升医院病床周转率,减少死亡率,具有很好的社会和经济效益。

2) 进口产品材质更优良,器械使用寿命更长,损耗小,可避免短期内重复采购,使用成本更低。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明(第1种适用情形的,需说明)
进口产品采用两节式设计,可以根据床面宽度匹配多种固定夹具,可以用于不同宽度的手术床面,及欧标、美标类型手术床边柜。

国产配件采用这种设计,使用床面受限,同时用于肥胖患者时,夹具跟床旁导轨的兼容性欠缺,当患者头高脚底倾斜角度过大,腿部挡板完全受力时,安全性缺乏。

五、专家论证意见(由专家手工填写)

良好的手术器械,可以保障和提高手术效果,有效降低患者术后的并发症和就医成本等。相比之下,国内同类产品相比进口产品,无法满足临床的需求,故申请进口。进口产品,进口设备,进口的同类型产品,进口产品,进口产品,进口产品,进口产品。

论证专家签字:

年 月 日

注:1. 专家组应当由5人以上单数组成,其中,必须包括1名法律专家,技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等,进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的,同一年度内已备案的,无须重新组织专家论证,直接附原专家论证意见。

附件 1

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：蒋建华		
	职称：高级工程师		
	工作单位：广州市妇女儿童医疗中心		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	脚部挡板	所属采购项目预算金额（单位：万元）	4
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
脚部挡板	4		
二、采购进口产品的主要用途			
头高脚低位时，支撑患者体位			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
脚部挡板	4		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(13) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
开展普外科手术需要大角度实现头高脚底位时，为患者提供腿部支撑			
(14) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
普外科手术日益增多，为满足头高脚底位手术体位，脚部挡板提供安全支撑			

蒋建华

(15) 经济性和效益性说明(市场价格是否合理经济以及预期效益等)

1) 良好的手术器械, 可以保障和提高手术效果, 有效降低患者术后的并发症, 降低患者的就医成本, 提升医院病床周转率, 减少死亡率, 具有很好的社会和经济效益。

2) 进口产品材质更优良, 器械使用寿命更长, 损耗小, 可避免短期内重复采购, 使用成本更低。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明(第1种适用情形的, 需说明)

进口产品采用两节式设计, 可以根据床面宽度匹配多种固定夹具, 可以用于不同宽度的手术床面, 及欧标、美标类型手术床边柜。

国产配件采用这种设计, 使用床面受限, 同时用于肥胖患者时, 夹具跟床旁导轨的兼容性欠缺, 当患者头高脚底倾斜角度过大, 腿部挡板完全受力时, 安全性缺乏。

五、专家论证意见(由专家手工填写)

经论证认为: 用户申请理由阐述属实. 进口脚部挡板. 在性能稳定性. 加工工艺坚固耐用性等
方面比国内同类产品有一定优势. 为更好满足国内需求. 建议允许进口产品参与投标。

论证专家签字:

蒋建华

年 月 日

注: 1. 专家组应当由5人以上单数组成, 其中, 必须包括1名法律专家, 技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等, 进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的, 同一年度内已备案的, 无须重新组织专家论证, 直接附原专家论证意见。

附件 1

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：黎明		
	职称：高级工程师		
	工作单位：广州医科大学附属第三医院		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	脚部挡板	所属采购项目预算金额（单位：万元）	4
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
脚部挡板	4		
二、采购进口产品的主要用途			
头高脚低位时，支撑患者体位			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
脚部挡板	4		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
开展普外科手术需要大角度实现头高脚底位时，为患者提供腿部支撑			
(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
普外科手术日益增多，为满足头高脚底位手术体位，脚部挡板提供安全支撑			



(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

1) 良好的手术器械，可以保障和提高手术效果，有效降低患者术后的并发症，降低患者的就医成本，提升医院病床周转率，减少死亡率，具有很好的社会和经济效益。

2) 进口产品材质更优良，器械使用寿命更长，损耗小，可避免短期内重复采购，使用成本更低。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）
进口产品采用两节式设计，可以根据床面宽度匹配多种固定夹具，可以用于不同宽度的手术床面，及欧标、美标类型手术床边柜。

国产配件采用这种设计，使用床面受限，同时用于肥胖患者时，夹具跟床旁导轨的兼容性欠缺，当患者头高脚底倾斜角度过大，腿部挡板完全受力时，安全性缺乏。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

论证意见：进口产品在材料、使用寿命、设计等方面与国产产品有比较的优势。申请单位提出的上述申请理由合理，建议允许进口产品参考备案。

论证专家签字：



年 月 日

注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。


2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

附件 1

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：蔡淑华		
	职称：律师		
	工作单位：广东赛科荣律师事务所		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	脚部挡板	所属采购项目预算金额（单位：万元）	4
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
脚部挡板	4		
二、采购进口产品的主要用途			
头高脚低位时，支撑患者体位			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
脚部挡板	4		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(4) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
开展普外科手术需要大角度实现头高脚底位时，为患者提供腿部支撑			
(5) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
普外科手术日益增多，为满足头高脚底位手术体位，脚部挡板提供安全支撑			



(6) 经济性和效益性说明 (市场价格是否合理经济以及预期效益等)

1) 良好的手术器械, 可以保障和提高手术效果, 有效降低患者术后的并发症, 降低患者的就医成本, 提升医院病床周转率, 减少死亡率, 具有很好的社会和经济效益。

2) 进口产品材质更优良, 器械使用寿命更长, 损耗小, 可避免短期内重复采购, 使用成本更低。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明 (第 1 种适用情形的, 需说明)

进口产品采用两节式设计, 可以根据床面宽度匹配多种固定夹具, 可以用于不同宽度的手术床面, 及欧标、美标类型手术床边柜。

国产配件采用这种设计, 使用床面受限, 同时用于肥胖患者时, 夹具跟床旁导轨的兼容性欠缺, 当患者头高脚底倾斜角度过大, 腿部挡板完全受力时, 安全性缺乏。

五、专家论证意见 (由专家手工填写)

该设备不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品。

结合医院实际需要, 建议允许采购进口产品。

论证专家签字:

岑发华

年 月 日

注: 1. 专家组应当由 5 人以上单数组成, 其中, 必须包括 1 名法律专家, 技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等, 进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第 4 或 5 的, 同一年度内已备案的, 无须重新组织专家论证, 直接附原专家论证意见。