

附件 4

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：王浩		
	职称：教授		
	工作单位：广东药科大学附属第一医院		
	来源：□随机抽取 □自行选定		
	类别：□法律专家 □技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	胰腺腔镜手术器械	所属采购项目预算金额（单位：万元）	4.98
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
长分离钳、大直角分离钳、无创肠钳	4.98		
二、采购进口产品的主要用途			
用于腔镜手术下胰腺外科精细手术操作。			
三、适用情形（勾选其中1项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的：			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第1项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
分离钳、直角钳、肠钳	2		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
腔镜下胰腺手术难度高，操作复杂采用精细的手术器械有助于顺利的完成手术。			
(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
进口手术器械优化的钳口关节设计，抓持更稳定。器械更加轻盈，握持更加舒适。			

212

耐高温高压消毒，经久耐用。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

进口手术器械采用高质量合金和耐高温材料制作，耐高温高压消毒，经久耐用。比国产手术器械寿命更长。因为其提供精细的操作顺利开展完成高难度手术带来更多的患者。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）

国产器械长度不够，精细度不够，不适合精细手术。

国产器械精细度不够，分离血管容易造成损伤，且直角弯度没进口器械顺滑。

国产器械钳口精细度没有进口器械好，国产器械抓取肠组织容易造成组织损伤。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

腹腔镜对手术视野要求极高，均匀布带是完成精细操作和复杂精细的手。相对而言，国内产品相比国外产品，在腔室分离方面，国内产品均匀程度差，且设备不如国外产品操作灵活，影响手术效率，建议采购进口产品。

论证专家签字：212

年 月 日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

附件 4

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：蒋建华			
	职称：高级工程师			
	工作单位：广州市妇女儿童医疗中心			
	<input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定			
	<input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家			
一、基本情况				
申请单位	广东省人民医院			
所属采购项目名称	胰腺腔镜手术器械	所属采购项目预算金额（单位：万元）	4.98	
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）			
长分离钳、大直角分离钳、无创肠钳	4.98			
二、采购进口产品的主要用途				
用于腔镜手术下胰腺外科精细手术操作。				
三、适用情形（勾选其中1项）				
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；				
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；				
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；				
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；				
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；				
属于上述第1项适用情形的，需填写下列内容：				
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）			
分离钳、直角钳、肠钳	2			
四、申请理由				
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：				
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）				
腔镜下胰腺手术难度高，操作复杂采用精细的手术器械有助于顺利的完成手术。				
(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：				
进口手术器械优化的钳口关节设计，抓持更稳定。器械更加轻盈，握持更加舒适。				

蒋建华

耐高温高压消毒，经久耐用。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

进口手术器械采用高质量合金和耐高温材料制作，耐高温高压消毒，经久耐用。比国产手术器械寿命更长。因为其提供精细的操作顺利开展完成高难度手术带来更多的患者。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）


国产器械长度不够，精细度不够，不适合精细手术。

国产器械精细度不够，分离血管容易造成损伤，且直角弯度没进口器械顺滑。

国产器械钳口精细度没有进口器械好，国产器械抓取肠组织容易造成组织损伤。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

经论证认为：用户申请理由阐述属实。进口腔镜
手术腹腔外科手术器械，在性能稳定性、技术成熟度、
耐用性、加工工艺、器械精细度、耐用性等方面
比国产同类产品有较大优势。为了更好的满足用户手术
需求，建议允许进口产品参与投标。

论证专家签字： 

年 月 日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

附件 4

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：蔡淑华		
	职称：律师		
	工作单位：广东赛科荣律师事务所		
	来源：□随机抽取 □自行选定		
	类别：□法律专家 □技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	胰腺腔镜手术器械	所属采购项目预算金额（单位：万元）	4.98
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
长分离钳、大直角分离钳、无创肠钳	4.98		
二、采购进口产品的主要用途			
用于腔镜手术下胰腺外科精细手术操作。			
三、适用情形（勾选其中1项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第1项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
分离钳、直角钳、肠钳	2		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
腔镜下胰腺手术难度高，操作复杂采用精细的手术器械有助于顺利的完成手术。			
(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
进口手术器械优化的钳口关节设计，抓持更稳定。器械更加轻盈，握持更加舒适。			

蔡淑华

耐高温高压消毒，经久耐用。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

进口手术器械采用高质量合金和耐高温材料制作，耐高温高压消毒，经久耐用。比国产手术器械寿命更长。因为其提供精细的操作顺利开展完成高难度手术带来更多的患者。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）
国产器械长度不够，精细度不够，不适合精细手术。

国产器械精细度不够，分离血管容易造成损伤，且直角弯度没进口器械顺滑。

国产器械钳口精细度没有进口器械好，国产器械抓取肠组织容易造成组织损伤。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

该设备不属于中国禁止限制进口产品的目录中的产品，不属于国家法律法规规章明确规定禁止限制进口产品。

结合医院实际需要，建议允许采购进口产品。

论证专家签字：

蔡海华

年 月 日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

附件 4

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：黎明		
	职称：高级工程师		
	工作单位：广州医科大学附属第三医院		
	来源：□随机抽取 □自行选定		
	类别：□法律专家 □技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	胰腺腔镜手术器械	所属采购项目预算金额（单位：万元）	4.98
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
长分离钳、大直角分离钳、无创肠钳	4.98		
二、采购进口产品的主要用途			
用于腔镜手术下胰腺外科精细手术操作。			
三、适用情形（勾选其中1项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第1项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
分离钳、直角钳、肠钳	2		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
腔镜下胰腺手术难度高，操作复杂采用精细的手术器械有助于顺利的完成手术。			
(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
进口手术器械优化的钳口关节设计，抓持更稳定。器械更加轻盈，握持更加舒适。			

耐高温高压消毒，经久耐用。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

进口手术器械采用高质量合金和耐高温材料制作，耐高温高压消毒，经久耐用。比国产手术器械寿命更长。因为其提供精细的操作顺利开展完成高难度手术带来更多的患者。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）

国产器械长度不够，精细度不够，不适合精细手术。

国产器械精细度不够，分离血管容易造成损伤，且直角弯度没进口器械顺滑。

国产器械钳口精细度没有进口器械好，国产器械抓取肠组织容易造成组织损伤。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

经论证，进口产品在设计、材质、精密度等方面与国产产品有明显的优势，中间单位上建议理由合理，建议允许进口产品参考使用。

论证专家签字：

年 月 日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

附件 4

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：陈超敏		
	职称：教授		
	工作单位：南方医科大学生物医学工程学院		
	<input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	<input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	胰腺腔镜手术器械	所属采购项目预算金额（单位：万元）	4.98
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
长分离钳、大直角分离钳、无创肠钳	4.98		
二、采购进口产品的主要用途			
用于腔镜手术下胰腺外科精细手术操作。			
三、适用情形（勾选其中1项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第1项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
分离钳、直角钳、肠钳	2		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
腔镜下胰腺手术难度高，操作复杂采用精细的手术器械有助于顺利的完成手术。			
(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
进口手术器械优化的钳口关节设计，抓持更稳定。器械更加轻盈，握持更加舒适。			

陈超敏

耐高温高压消毒，经久耐用。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

进口手术器械采用高质量合金和耐高温材料制作，耐高温高压消毒，经久耐用。比国产手术器械寿命更长。因为其提供精细的操作顺利开展完成高难度手术带来更多的患者。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）
国产器械长度不够，精细度不够，不适合精细手术。

国产器械精细度不够，分离血管容易造成损伤，且直角弯度没进口器械顺滑。

国产器械钳口精细度没有进口器械好，国产器械抓取肠组织容易造成组织损伤。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

该论证说明了各国产腔镜手术器械与进口器械相比的手术操作。
如直角操作复杂，国产同类产品在稳定性上不如进口器械，使用不方便。
使用国产器械而进口器械有一定差距，不能满足临床需求。
该论证不用于同和法医学机构识别进口产品，建议先评估
进口产品。

论证专家签字： 陈红

年 月 日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。