

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：陈超敏		
	职称：教授		
	工作单位：南方医科大学生物医学工程学院		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	小儿心脏手术精细器械	所属采购项目预算金额（单位：万元）	70.4730
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
小儿心脏手术精细器械	70.4730		
二、采购进口产品的主要用途			
主要用于心血管外科手术血管吻合等精细操作常规需要			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第 1 项适用情形的，需填写以下内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
北京瑞克翰手术器械	70		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）：医院手术室的手术器械已经用了很多年，已经磨损受到影响，需要更换。			
(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：进口产品质量好，剪刀锋利，镊子无损伤，针持不转针，国产的质量不好，剪刀不锋利，镊子会损伤，针			

陈超敏

持会转针，影响正常手术。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）现随着病人量的不断增加，周边人群的不断扩大，我科室各类手术呈每年递增趋势，病人量急剧增加，手术需求量不断增大，需要更换手术器械才能顺利有效的完成手术，故通过在原有基础上更换新的手术器械成为我科室的当务之急。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）进口产品质量比国产产品的好，进口产品使用的年限比国产产品的长，进口产品不会转针，国产产品的会转针掉针，进口产品的是超锋利剪，国产产品的不够锋利，剪切组织切口不完整，进口产品的针镊比国产产品夹持的更好，更稳固。

#### 五、专家论证意见（由专家手工填写）

经论证设备为小儿心脏手术精细器械，用于心血管外科手术血管吻合手术，要求材料、功能、工艺、使用方便等方面具有较高质量，而国产设备与进口产品有一定差距，不能满足临床特殊需求。申请单位提出的申请理由充分合理。

该设备不属于国家法律法规限制进口产品，建议允许采购进口产品。

论证专家签字：

付克飞

年 月 日

注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：王浩		
	职称：教授		
	工作单位：广东药科大学附属第一医院		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	小儿心脏手术精细器械	所属采购项目预算金额（单位：万元）	70.4730
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
小儿心脏手术精细器械	70.4730		
二、采购进口产品的主要用途			
主要用于心血管外科手术血管吻合等精细操作常规需要			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
北京瑞克幹手术器械	70		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）：医院手术室的手术器械已经用了很多年，已经磨损受到影响，需要更换。			
(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：进口产品质量好，剪刀锋利，镊子无损伤，针持不转针，国产的质量不好，剪刀不锋利，镊子会损伤，针			




持会转针，影响正常手术。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）现随着病人量的不断增加，周边人群的不断扩大，我科室各类手术呈每年递增趋势，病人量急剧增加，手术需求量不断增大，需要更换手术器械才能顺利有效的完成手术，故通过在原有基础上更换新的手术器械成为我科室的当务之急。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）进口产品质量比国产产品的好，进口产品使用的年限比国产产品的长，进口产品不会转针，国产产品的会转针掉针，进口产品的是超锋利剪，国产产品的不够锋利，剪切组织切口不完整，进口产品的针镊比国产产品夹持的更好，更稳固。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

小中心手术对手术器械要求高，该项器械国内同类产品存在一定局限性不能完全满足手术的需要，故申请进口的理由充分合理，且该设备不属于国家法定强制性限制进口产品，建议予以进口。

论证专家签字： 

年 月 日

注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

附件 1

### 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：蒋建华		
	职称：高级工程师		
	工作单位：广州市妇女儿童医疗中心		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	小儿心脏手术精细器械	所属采购项目预算金额（单位：万元）	70.4730
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
小儿心脏手术精细器械	70.4730		
二、采购进口产品的主要用途			
主要用于心血管外科手术血管吻合等精细操作常规需要			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
北京瑞克翰手术器械	70		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述： (1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）：医院手术室的手术器械已经用了很多年，已经磨损受到影响，需要更换。 (2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：进口产品质量好，剪刀锋利，镊子无损伤，针持不转针，国产的质量不好，剪刀不锋利，镊子会损伤，针			

蒋建华

持会转针，影响正常手术。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）现随着病人量的不断增加，周边人群的不断扩大，我科室各类手术呈每年递增趋势，病人量急剧增加，手术需求量不断增大，需要更换手术器械才能顺利有效的完成手术，故通过在原有基础上更换新的手术器械成为我科室的当务之急。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）进口产品质量比国产产品的好，进口产品使用的年限比国产产品的长，进口产品不会转针，国产产品的会转针掉针，进口产品的是超锋利剪，国产产品的不够锋利，剪切组织切口不完整，进口产品的针镊比国产产品夹持的更好，更稳固。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

论证认为：用户申请理由阐述详实，进口小儿心脏手术精细器械在锋利性、针持稳定性、使用安全性、使用寿命等方面比国内同类产品有较大优势。为了更加满足用户手术需求，建议允许进口产品参与投标。

论证专家签字：

蒋建华


年 月 日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。



## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：蔡淑华		
	职称：律师		
	工作单位：广东赛科荣律师事务所		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	小儿心脏手术精细器械	所属采购项目预算金额（单位：万元）	70.4730
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
小儿心脏手术精细器械	70.4730		
二、采购进口产品的主要用途			
主要用于心血管外科手术血管吻合等精细操作常规需要			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第 1 项适用情形的，需填写以下内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
北京瑞克翰手术器械	70		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）：医院手术室的手术器械已经用了很多年，已经磨损受到影响，需要更换。			
(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：进口产品质量好，剪刀锋利，镊子无损伤，针持不转针，国产的质量不好，剪刀不锋利，镊子会损伤，针			



持会转针，影响正常手术。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）现随着病人量的不断增加，周边人群的不断扩大，我科室各类手术呈每年递增趋势，病人量急剧增加，手术需求量不断增大，需要更换手术器械才能顺利有效的完成手术，故通过在原有基础上更换新的手术器械成为我科室的当务之急。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）进口产品质量比国产产品的好，进口产品使用的年限比国产产品的长，进口产品不会转针，国产产品的会转针掉针，进口产品的是超锋利剪，国产产品的不够锋利，剪切组织切口不完整，进口产品的针镊比国产产品夹持的更好，更稳固。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

该设备不属于国家法律法規  
及条明确规定的限制进口产品。

结合医院实际需要，建议  
允许采购进口产品。

论证专家签字：

李淑华

年 月 日

注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。



## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：黎明		
	职称：高级工程师		
	工作单位：广州医科大学附属第三医院		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	小儿心脏手术精细器械	所属采购项目预算金额（单位：万元）	70.4730
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
小儿心脏手术精细器械	70.4730		
二、采购进口产品的主要用途			
主要用于心血管外科手术血管吻合等精细操作常规需要			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
北京瑞克翰手术器械	70		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）：医院手术室的手术器械已经用了很多年，已经磨损受到影响，需要更换。			
(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：进口产品质量好，剪刀锋利，镊子无损伤，针持不转针，国产的质量不好，剪刀不锋利，镊子会损伤，针			

持会转针，影响正常手术。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）现随着病人量的不断增加，周边人群的不断扩大，我科室各类手术呈每年递增趋势，病人量急剧增加，手术需求量不断增大，需要更换手术器械才能顺利有效的完成手术，故通过在原有基础上更换新的手术器械成为我科室的当务之急。

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）进口产品质量比国产产品的好，进口产品使用的年限比国产产品的长，进口产品不会转针，国产产品的会转针掉针，进口产品的是超锋利剪，国产产品的不够锋利，剪切组织切口不完整，进口产品的针镊比国产产品夹持的更好，更稳固。

#### 五、专家论证意见（由专家手工填写）

经论证，进口产品在产品的材质、加工工艺、使用年限等方面较国产产品有比较的优势。申请单位提出的上述申请理由合理，建议引进进口产品参与竞争。

论证专家签字：

年 月 日

注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。