

## 附件 1

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：陈超敏		
	职称：教授		
	工作单位：南方医科大学生物医学工程学院		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	小儿心脏手术显微持针镊	所属采购项目预算金额（单位：万元）	35.5320
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
小儿心脏手术显微持针镊	35.5320		
二、采购进口产品的主要用途			
小儿心脏手术显微持针缝合			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
<b>属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：</b>			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
显微镶片持针钳	9.0000		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(9) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
小儿心脏手术需要一些精细缝合，必须保证夹持稳定、安全可靠；			
(10) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
国产针持容易滑针夹不住；镶片不耐磨、易脱落，手术存在风险；			

陈超敏

(11) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

市场价格合理，大部分进口该类器械价格在 3-3.5 万/把，该器械价格适中；

(12) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明(第 1 种适用情形的,需说明)

国产产品与进口产品相比，国产针持容易滑针夹不住；镶片不耐磨、易脱落，手术存在风险；手感涩。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

经论证该设备为小儿心脏手术显微持针镊合。要求夹持稳定、精细镊合、安全可靠。而国产同类产品与国际产品有一定差距，不能满足临床需求。申购单位提出的申购理由充分合理。

该设备不属于国家法律法规限制进口产品，建议允许采购进口产品。

论证专家签字： 付廷飞

年 月 日

注：1. 专家组应当由 5 人以上单数组成，其中，必须包括 1 名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第 4 或 5 的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：王浩		
	职称：教授		
	工作单位：广东药科大学附属第一医院		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	小儿心脏手术显微持针镊	所属采购项目预算金额（单位：万元）	35.5320
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
小儿心脏手术显微持针镊	35.5320		
二、采购进口产品的主要用途			
小儿心脏手术显微持针缝合			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
<b>属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：</b>			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
显微镶片持针钳	9.0000		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(13) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
小儿心脏手术需要一些精细缝合，必须保证夹持稳定、安全可靠；			
(14) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
国产针持容易滑针夹不住；镶片不耐磨、易脱落，手术存在风险；			



(15) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

市场价格合理，大部分进口该类器械价格在 3-3.5 万/把，该器械价格适中；

(16) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明(第 1 种适用情形的，需说明)

国产产品与进口产品相比，国产针持容易滑针夹不住；镶片不耐磨、易脱落，手术存在风险；手感涩。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

小中心呢对于时时的时报告，国内国内同  
类产品不能定论，高之可买方的具体时。故中时方  
理由是：基础，且其设备不高于国内时性时法  
时论时产品，时论时产品。

论证专家签字：

年 月 日

注：1. 专家组应当由 5 人以上单数组成，其中，必须包括 1 名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第 4 或 5 的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：蒋建华		
	职称：高级工程师		
	工作单位：广州市妇女儿童医疗中心		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	小儿心脏手术显微持针镊	所属采购项目预算金额（单位：万元）	35.5320
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
小儿心脏手术显微持针镊	35.5320		
二、采购进口产品的主要用途			
小儿心脏手术显微持针缝合			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
<b>属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：</b>			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
显微镶片持针钳	9.0000		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(17) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
小儿心脏手术需要一些精细缝合，必须保证夹持稳定、安全可靠；			
(18) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
国产针持容易滑针夹不住；镶片不耐磨、易脱落，手术存在风险；			



(19) 经济性和效益性说明 (市场价格是否合理经济以及预期效益等)

市场价格合理, 大部分进口该类器械价格在 3-3.5 万/把, 该器械价格适中;

(20) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明(第 1 种适用情形的, 需说明)

国产产品与进口产品相比, 国产针持容易滑针夹不住; 镶片不耐磨、易脱落, 手术存在风险; 手感涩。

五、专家论证意见 (由专家手工填写)

论证认为: 国产申请理由阐述清楚, 进口小儿  
心脏手术器械持针镊, 在持针稳定性、镶片耐磨性  
手术安全性等方面明显优于国内同类产品。为了更  
好满足用户手术需求, 建议允许进口产品参与  
投标。

论证专家签字:

蒋建华

年 月 日

注: 1. 专家组应当由 5 人以上单数组成, 其中, 必须包括 1 名法律专家, 技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等, 进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第 4 或 5 的, 同一年度内已备案的, 无须重新组织专家论证, 直接附原专家论证意见。

## 附件 1

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：蔡淑华		
	职称：律师		
	工作单位：广东赛科荣律师事务所		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	小儿心脏手术显微持针镊	所属采购项目预算金额（单位：万元）	35.5320
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
小儿心脏手术显微持针镊	35.5320		
二、采购进口产品的主要用途			
小儿心脏手术显微持针缝合			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
<b>属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：</b>			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
显微镶片持针钳	9.0000		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(5) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
小儿心脏手术需要一些精细缝合，必须保证夹持稳定、安全可靠；			
(6) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
国产针持容易滑针夹不住；镶片不耐磨、易脱落，手术存在风险；			



(7) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

市场价格合理，大部分进口该类器械价格在3-3.5万/把，该器械价格适中；

(8) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）

国产产品与进口产品相比，国产针持容易滑针夹不住；镶片不耐磨、易脱落，手术存在风险；手感涩。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

该设备不属于国家法律法规  
规章明确规定限制进口产品。

结合医院实际需要，建议  
允许采购进口产品。

论证专家签字：

蔡淑华

年 月 日

注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。



## 附件 1

## 政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名：黎明		
	职称：高级工程师		
	工作单位：广州医科大学附属第三医院		
	来源： <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input type="checkbox"/> 自行选定		
	类别： <input type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	广东省人民医院		
所属采购项目名称	小儿心脏手术显微持针镊	所属采购项目预算金额（单位：万元）	35.5320
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
小儿心脏手术显微持针镊	35.5320		
二、采购进口产品的主要用途			
小儿心脏手术显微持针缝合			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
<b>属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容：</b>			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
显微镶片持针钳	9.0000		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）			
小儿心脏手术需要一些精细缝合，必须保证夹持稳定、安全可靠；			
(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）：			
国产针持容易滑针夹不住；镶片不耐磨、易脱落，手术存在风险；			



(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

市场价格合理，大部分进口该类器械价格在 3-3.5 万/把，该器械价格适中；

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第 1 种适用情形的，需说明）

国产产品与进口产品相比，国产针持容易滑针夹不住；镶片不耐磨、易脱落，手术存在风险；手感涩。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

论证意见：进口产品在稳定性、  
精度、加工工艺等方面与国内产  
品有比较的优势。申请单位提  
出的上述申请理由合理，建议  
允许进口产品参与竞争。

论证专家签字：



年 月 日

注：1. 专家组应当由 5 人以上单数组成，其中，必须包括 1 名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第 4 或 5 的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。